

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Rybnik, 04.12.2023

Agnieszka Antosz  
Zespół Szkolno- Rewalidacyjny Szkoła Życia w  
Rybniku  
ul. Orzepowicka 15 a 44-217 Rybnik  
NIP: 642-31-48-322  
Tel: 502 069 543 / 32 42-26-407

*Dane identyfikacyjne Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)*

Pan Michał Marek  
MEDEX Sznyterman Sp. Komandytowa  
ul. Nawojki 6/9, 30-072 Kraków

*Dane oferenta*

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację dostawy i montaż podsufitowego systemu do transportu i opieki nad pacjentem LUNA produkcji firmy WinnCare do dwóch pomieszczeń pokój 1.5 piętro I, łazienka 1.9 piętro I.

Lp.	Przedmiot zapytania
1.	Dostawa urządzenia
2.	Montaż
3.	Gwarancja
4.	Warunki serwisu
5.	Ilość urządzeń
6.	Szkolenie
7.	Podwieszki

### 1. Opis przedmiotu zamówienia

- System podsufitowy, mocowany do ścian, dzięki czemu nie używany nie zajmuje miejsca przy podłodze (listwy w systemie X-Y)
- System regulowany elektrycznie
- Maksymalny udźwig – 275 kg
- Długość pasa podnośnika - 2200 mm
- Waga podnośnika bez wieszaka - 6,7 kg
- Akumulator 36 V, akumulator kwasowo-ołowiowy
- Ładowanie - 100 - 240 V, 0,5A
- Ładowanie akumulatora poprzez pilota
- Ładowarka mocowana do ściany
- Obudowa podnośnika - odporna na uderzenia, profilowany ABS
- Konstrukcja systemu - aluminium
- Poziom hałasu podczas podnoszenia/opuszczania bez obciążenia - 49dB(A)
- Poziom hałasu podczas podnoszenia/opuszczania przy maksymalnym obciążeniu - 53dB(A)
- Prędkość opuszczania - 44 mm/sec z obciążeniem 89 kg
- Prędkość podnoszenia - 30 mm/sec z obciążeniem 89 kg
- Zakres podnoszenia – 1950 mm

- Stopień ochrony zewnętrznej urządzenia – IPx4 (odporny na zachlapania)
- Stopień ochrony pilota – IPx7 (wodoodporny)
- Silnik kontrolujący miękki start oraz zatrzymanie
- Elektryczne i manualne opuszczanie awaryjne
- Elektryczne zatrzymywanie awaryjne
- Wskaźnik niskiego naładowania akumulatora (dioda LED)
- Wskaźniki ładowania
- Wskaźnik trybu włączonego
- Ochrona przed przeciążeniem
- Wieszak 2 punktowy, mocowanie podwieszki na zatrzaski
- Podwieszka transportowo - kąpielowa pacjenta w zestawie
- Listwa ścienna aluminiowa z nakładką maskującą - wysokość 96 mm, głębokość 25 mm, długość 3500 mm z możliwością skrócenia na dowolny wymiar
- Trawers aluminiowy malowany - wysokość 135 mm, szerokość 72 mm, długość 4500 mm z możliwością skrócenia na dowolny wymiar
- Wózek do trawersu 135 mm - szerokość 495 mm, wysokość 146 mm
- Rolki regulowane niwelujące nierównoległość ścian
- Materiał wózka do mocowania podnośnika w trawersie - stal nierdzewna

## 2. Warunki udziału w postępowaniu:

- a) Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- b) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
- c) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- d) Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwi należyte wykonanie.
- e) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

## 3. Kryteria oceny ofert:

- a) Opis kryteriów wyboru oferty:

Lp.	Kryterium
1.	Cena
2.	Okres gwarancji
3.	Termin realizacji
4.	Szybkość reakcji serwisowej

## 4. Termin składania ofert:

- a) Termin składania ofert wynosi 7 dni od otrzymania zapytania ofertowego.
- b) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
- c) Liczy się data wpływu oferty .

## 5. Akceptowalne formy składania ofert:

Wersja elektroniczna wysłana na adres:

[sekretariat@szkola.zycia.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szkola.zycia.rybnik.pl)

## 6. Sposób sporządzenia oferty:

- a) ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w przedmiocie zapytania
- b) do oferty należy załączyć kosztorys

7. Termin realizacji zamówienia: do końca roku 2023.

8. Odrzuceniu podlegają oferty:

- a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- b) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- c) złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
- d) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

- a) nie dopuszcza się składania ofert częściowych
- b) zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
- c) po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Rehabilitacyjnego  
Szkoła Życia w Rybniku

  
mgr Agnieszka Antosz

.....  
Czytelny podpis zamawiającego